

# 質問回答書

令和 3年 5月 18日

件名 3公共用水域等総合調査業務委託

番号	図面番号等	質問	回答
1		【分析方法の変更可否について】 「別表2-1塩素イオンの分析方法について」 現状はJIS K0102 35.1 滴定となっておりますが、こちらを 35.3 イオンクロマト方法に変更してよろしいですか。	変更を認めます。
2			
3			
4			