

令和 5 ～ 9 年度 AED(自動体外式除細動器)賃貸借仕様書

- 1 件 名 令和 5 ～ 9 年度 AED(自動体外式除細動器)賃貸借
- 2 設置期間 令和 5 年 4 月 1 日から令和 1 0 年 3 月 3 1 日まで【5 年間】
- 3 納入期限 令和 5 年 3 月 3 1 日まで
- 4 契約台数 AED 4 8 台

5 機器等仕様

5 - 1 AED(自動体外式除細動器)本体

- ①AED 本体、付属品および消耗品は新品であること。
- ②医療用具（除細動器）として医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律上の承認を得ていること。
また、非医療従事者に対しても使用が認められているものであること。
- ③二相性波形除細動器であること。
- ④救急蘇生法ガイドライン 2020 に準拠した機種であること。
- ⑤受注者が AED 遠隔監視機能等により、毎日 AED 本体のステータスインジケータランプ、電極パッドの使用期限、バッテリー残量についてセルフテストを行い、AED 使用可否について点検が可能であること。
- ⑥電気ショックが必要と判断した後、被使用者の心電図波形の変化により電気ショックが不要となった場合に電気ショックの自動キャンセル機能を有すること。
- ⑦切換スイッチ等により、未就学児・小学生～大人モードの変更ができること。
- ⑧AED の操作方法及び心肺蘇生の手順を誘導する日本語の音声ガイダンス機能に加え、液晶画面によりイラストと文字で手順を指示する機能を有し、訓練を受けていない者でも容易に操作できること。
- ⑨AED 使用時の心電図データ等が保存可能な媒体を標準装備すること。
- ⑩防水・防塵性は固形物及び水に対する保護等級である IP55 を有していること。
- ⑪AED が正常に使用可能であることについて、AED 遠隔監視機能またはその他の方法で確認し、異常があった場合は発注者に報告すること。
- ⑫既に設置されている AED 収納ボックス（三和製作所製、製品名：AED 収納ボックス 壁掛け式、商品コード：101-233）に AED 本体及びレスキューセット等を収納した AED 用キャリングバックが収納できること。

5-2 AED 付属品 (AED 本体 1 台につき)

※緊急時にパッド等付属品を実際に使用した場合は、無償にて提供すること。

(1)除細動パッド：2 組

- ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律上の承認を得たものであること。
- ・未就学児・小学生～大人兼用であること。

(2)バッテリー：1 個

- ・メンテナンス不要な電池パックであること。 ※充電式不可
- ・通常保管状態で4年以上の有効期限を有すること。

(3)AED 用キャリングバック

(4)レスキューセット (タオル・ハサミ・蘇生用マウスピース・剃刀・ペーパータオル・グローブ等)

(5)その他：機器の取り扱い等に関する説明書他、機器の取扱いや保管に必要なもの

5-3 AED 定期交換用品 (AED 本体 1 台につき)

(1)除細動パッド：2 組×2 回

- ・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律上の承認を得たものであること。
- ・未就学児・小学生～大人兼用であること。

(2)バッテリー：1 個

- ・メンテナンス不要な電池パックであること。 ※充電式不可
- ・通常保管状態で2年以上の有効期限を有すること。

5-4 AED 遠隔監視システム

①24 時間 365 日、遠隔で自動監視が可能なこと。

②本契約による全ての AED を一元管理する機能を有すること。

また、AED を追加導入した場合も一元管理できること。

③AED のセルフテスト機能による配信結果を履歴として保存できる機能を有すること。

④AED 本体・バッテリー・除細動パッド等に異常を検知した際に、メール及び WEB で通知する機能を有すること。なお、メール通知先として、10 箇所以上のメールアドレスを指定できること。

⑤システム導入に際して、設置箇所の電源使用及び電源工事が不要であること。

6 設置場所 神栖市立小学校・中学校・幼稚園 (別紙「AED 設置箇所一覧」のとおり)

- 7 機器の設置 AED 機器設置にかかる費用は受注者の負担とし、納入期限までに仕様書に明記された全ての物品等について納品ができる状態を整えるものとする。

なお機器の設置については、受注者は発注者と協議のうえ、設置計画を作成するものとし、発注者は設置場所と設置時期について調整するものとする。

- 8 機器の撤去 受注者は、AED の契約期間が満了する 14 日前までに撤去計画を発注者に提出し、発注者と協議のうえ、撤去するものとする。この場合における機器の撤去費用は受注者の負担とする。

また、契約期間中において発注者から撤去要請の連絡を受けた際は、日程や撤去後の保管場所等について協議のうえ、すみやかに撤去するものとする。この場合における機器の撤去費用は受注者の負担とするが、当該撤去機器の賃貸借契約は契約終了日まで継続するものとする。

- 9 問合せ先確保 24 時間 365 日対応可能なコールセンターを有し、AED 使用者、発注者及び AED 設置場所に関与する者が、AED に関する不明点や動作の異常を発見した時、AED 持出時など、質問回答等の対応が可能な体制を確保すること。

- 10 入札額 入札額には、賃貸借料のほか、本契約に係る機器・物品等の搬出入、設置、AED 遠隔監視システム導入、各種設定等に要する費用を全て含めた 5 年間分の金額を記載すること。（ただし、消費税相当額は除く）

- 11 支払条件 年度毎払い（全 5 回）

AED 賃貸借料金（以下「賃借料」という。）の支払額は、1 か月間（月の初日から末日までを言う。以下同じ。）の額に、契約期間内における各年度の契約期間月数を乗じ、さらに 100 分の 10 を乗じて得た額とする。

賃借料は、受注者が各年度開始月に、発注者の指定する方法で請求し、発注者は請求日から 30 日以内に支払うものとする。

- 12 保証等

- (1) 保証期間は、納入日から賃貸借契約満了日までとし、保証期間中における障害の対応及び故障・盗難・破損(故意及び使用者の重過失、天災等は除く)等による機器の交換・修繕等については、追加料金なしで実施すること。

- (2) 消耗品（除細動パッド・本体バッテリー）の経年経過による定期交換については、受注者において交換時期を管理するものとし、交換時期が到来した場合は遅滞なく無償で、設置場所に出向いて代替品と交換すること。また、設置場所及び発注者においても消耗品の交換時期がわかるような措置を講ずること。

①除細動パッド：2年ごと

②本体バッテリー：導入4年目に交換（待機寿命2年以上のものに交換）

- (3) AEDを実際に使用した後の再設置及びセットアップ等に必要な消耗品の交換及び作業等を全て追加料金なしで実施すること。
- (4) 契約期間中において、日本蘇生協会に基づくガイドライン等の変更があった場合には、発注者に直ちに報告すること。

1.3 予算の減額又は削除に伴う解除等

- (1) 本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は契約を変更又は解除することができる。
- (2) 受注者は、前項の規定により契約を変更又は解除された場合に損害が生じたときは、発注者にその損害の賠償を請求することができる。この場合における賠償額は、発注者及び受注者の協議により定める。

1.4 損害賠償

- (1) 受注者は、設置機器に対して、動産総合保険を掛けるものとする。
- (2) 受注者の責めに帰すべき事由により損害を与えた場合は、受注者の負担において損害の程度に応じ、当該物件の修繕または残存賃借料の免除及び代替品の設置の対応をするものとする。
- (3) 発注者の責めに帰すべき事由により損害を与えた場合は、受注者は損害の程度に応じ、当該物件の修繕または残存賃借料の免除及び代替品の設置の対応をするものとする。この場合の費用は、動産総合保険の保険金で充当し、なお保険で対応できない費用があれば、受注者は発注者に請求できるものとする。ただし、代替品の賃借料は損害物件の残存賃借料を上回らないものとする。
- (4) 発注者及び受注者双方の責めに帰することができない事由により、設置機器に損害が生じた場合における当該設置機器の修繕または残存賃借料の免除、違約金及び代替品設置に係る費用の負担は、動産総合保険の取り扱いも含めて双方の協議とする。

1.5 契約の解除

重大な瑕疵等、受注者の責めに帰すべき事由により、本事業の正常な実施が困難であると判断された場合は、発注者は契約を解除することができる。

1.6 その他

- (1) 受注者は契約期間内において、AED を常時正常に使用できる体制を整えること。
- (2) 受注者は、高度管理医療機器等貸与業の許可を得ていること。
- (3) AED を使用後、発注者または設置場所に従事する者から連絡を受け、再設置及びセットアップ等が必要になったときは、受注者は速やかに対応すること。
- (4) 機器の納入及び検査については、発注者と事前に日程等を調整すること。
- (5) 機器の撤去については、発注者からの依頼があった場合に実施するものとし、その日程等については事前に調整すること。
- (6) 当仕様書において、受注者のみの対応が困難な事項がある場合は、高度管理医療機器等販売業の許可を得ている販売業者等と協力して行うこと。
- (7) 当仕様書に定めのない事項については、事前に発注者と協議し、決定すること。

(別紙) AED設置箇所一覧

■小学校(校舎・体育館に各1台)

No.	施設名	郵便番号	住所	電話番号
1	息栖小学校	314-0146	神栖市平泉2780	0299-92-0514
2	軽野小学校	314-0115	神栖市知手2-2	0299-96-0502
3	軽野東小学校	314-0116	神栖市奥野谷5746-2	0299-96-1402
4	大野原小学校	314-0128	神栖市大野原中央2-1-8	0299-92-7552
5	横瀬小学校	314-0113	神栖市横瀬1276-15	0299-96-7494
6	大野原西小学校	314-0144	神栖市大野原5-1-45	0299-93-2251
7	深芝小学校	314-0142	神栖市深芝南3-8	0299-95-5211
8	波崎小学校	314-0408	神栖市波崎8759	0479-44-0059
9	波崎西小学校	314-0408	神栖市波崎5011	0479-44-0074
10	植松小学校	314-0343	神栖市土合本町4-9809-2	0479-48-0462
11	やたべ土合小学校	314-0345	神栖市土合南3-16-36	0479-48-3001
12	太田小学校	314-0254	神栖市太田598-2	0479-46-0013
13	須田小学校	314-0253	神栖市須田1177-13	0479-46-0024
14	柳川小学校	314-0258	神栖市柳川中央1-9-10	0479-46-0025

■中学校(校舎・体育館に各1台)

No.	施設名	郵便番号	住所	電話番号
15	神栖第一中学校	314-0115	神栖市知手100-3	0299-96-0302
16	神栖第二中学校	314-0145	神栖市平泉東1-60-1	0299-92-0652
17	神栖第三中学校	314-0112	神栖市知手中央7-1-17	0299-96-1414
18	神栖第四中学校	314-0128	神栖市大野原中央2-8-46	0299-92-8751
19	波崎第一中学校	314-0408	神栖市波崎7070	0479-44-0271
20	波崎第二中学校	314-0341	神栖市矢田部3120	0479-48-0014
21	波崎第三中学校	314-0253	神栖市須田2340-1	0479-46-0042
22	波崎第四中学校	314-0342	神栖市土合北1-8-10	0479-48-5123

■幼稚園

No.	施設名	郵便番号	住所	電話番号
23	うずも幼稚園	314-0112	神栖市知手中央5-9-7	0299-96-1640
24	石神幼稚園	314-0124	神栖市石神773-1	0299-92-5644
25	大野原幼稚園	314-0128	神栖市大野原中央2-1-22	0299-92-6788
26	須田幼稚園	314-0253	神栖市須田1301-1	0479-46-1311